



٢ تمزيق ٢٠١٤

تعميم رقم ١٦٢

حول التذكير بإرشادات سلسلة تبريد اللقاح

من أجل ضمان سلامة اللقاحات، تذكر وزارة الصحة العامة جميع المراكز الصحية والمستوصفات وعيادات الطب الخاص بإجراءات السلامة التالية:

1. وجوب إستعمال براد خاص باللقاحات حيث يمنع منعاً باتاً تخزين أي دواء آخر داخل براد اللقاحات.
2. يجب أن تتراوح حرارة براد اللقاح بين 2+ و 8+ درجة مئوية.
3. يستعمل البراد على الشكل التالي:  
أ- الثلاجة (freezer): لتكوين وتخزين عبوات الثلج.  
ب- رف البراد الأعلى: لحفظ لقاحات الشلل والحصبة وMMR.  
ت- الرف الأوسط: لحفظ لقاحات الخماسي والثلاثي والثنائي والصفيرة ب.  
ث- الطبقة السفلى: يتم وضع الماء المخصص لحل لقاح ال MMR.
4. يمنع وضع اللقاحات في باب البراد.
5. يمنع تجميع اللقاحات في علبة واحدة بل توزع على الرفوف كما ذكر أعلاه.
6. يمنع وضع اية مأكولات أو مشروبات، أو حتى أدوية، في البراد. ويجب تفادي فتحه تكررأ لكي لا يؤثر سلباً على درجة برودته.
7. يجب تأمين مصدر طاقة مستمر للبراد للحفاظ على صلاحية اللقاح.
8. يجب وضع ميزان الحرارة في وسط البراد لمراقبة درجة الحرارة مرتين يومياً صباحاً وبعد الظهر، وتسجيلها على الجدول الشهري الخاص.
9. يلصق الجدول الشهري الخاص بتسجيل درجات الحرارة (مرفق ربطاً) على باب البراد (من الخارج) وتسلم الجداول شهرياً إلى طبابة القضاء.

تم مدير عام وزارة الصحة العامة

الدكتور وليد عمار



يبلغ:

- البرنامج الوطني للتحصين
- مصالح الصحة في المحافظات
- طبابات الأقضية ب/مصالح الصحة
- عيادات الطب الخاص ب/أطباء الأقضية
- المستوصفات العاملة ب/طبابات الأقضية
- الجمعية العلمية لأطباء الأطفال ب/نقابة الأطباء في بيروت والشمال
- المحفوظات